

egood@e-a.org.il



08-6766001



www.e-a.org.il



08-6766011



צה"ל 99
מרכז אביאל אשקלון
7859323



איגוד ערים
לאיכות הסביבה
נפת אשקלון



מכרז 3/2024 – מענה לשאלות הבהרה – קובץ מס' 1 מיום 26.1.2025

מס"ד	פרק/סעיף	נוסח השאלה	מענה
1.	סעיף 7.13.5 לכתב ההזמנה	הסמכה מטעם יצרני הציוד ו/או היבואן בארץ - אבקש לאפשר בצוע קורס אצל יבואן/ספק בחו"ל של המוצרים אשר אינם מסופקים על ידנו.	הסעיף קובע כי ההשתלמות תהיה "מטעם יצרני ציוד הניטור ו/או היבואן הבלעדי של הציוד בארץ". כל עוד ההסמכה עומדת בתנאי זה היא תתקבל, ללא קשר למיקום עריכתה.
2.	סעיף 24 לכתב ההזמנה	ערבות בנקאית לקיום ההצעה- נראה שהסכום הנדרש גבוה מאוד בייחס להיקף המכרז. במידה ויש רכש כבד של מוצרים אזי אנו חוזרים משאלה זו.	נוסח הערבות וסכומה הנם כקבוע במסמכי המכרז.
3.	נספח ב' סעיף 3.10.1	אבקשכם לפרט באמצעות טבלה מה אנו נדרשים לשדרג/לשפץ בתחנות הניטור כולל כמויות ושמות האתרים. בקשה זו באה לגרום שהצעות המחיר יהיו זהות מביחינת הדרישות	הבקשה נדחית. סעיף 3.10.2 לנספח ב' קבע במפורש כי באחריות המציע במסגרת סיור המציעים לאפיין את כל הפערים. יש לשים לב, כי תמחור העלויות הינו נפרד מהצעת המחיר למכרז.

ראה תשובתנו לעיל.	במשך לשאלה 3, אבקשכם לאפיין את כל הפערים והדרישות כדי לקבל רשימת פריטים מסודרת וזהה עבור המגישים הצעות למכרז זה. היות וחלק זה צריך להוות חלק בעל משקל רב בהצעת המחיר למכרז זה.	נספח ב' – סעיף 3.10.2	4.
סעיף 3.11 לנספח ב' קובע את חובות המציע בנוגע להחלפה או הוספה של ציוד חדש בתחנות. כמו כן, ראו סעיף 24 לנוסח ההסכם (נספח ח') שעניינו אספקת שירותים, לרבות שירותי רכש ציוד חדש נדרש.	האם במכרז זה יש דרישה להוספת ציוד חדש? במידה וכן אבקשכם לפרט מיקומים וכמויות. הדרישות מהמציע בסעיף זה מוזרות היות והוא נדרש להכין תשתיות לספק הציוד החדש, בד"כ ספק ציוד חדש מבצע הכל והמציע צריך להמשיך טיפול בתוספות. בנוסף צריך לדעת האם מדובר בהרחבות או החלפת ציוד קיים?	נספח ב' סעיף 3.11	5.
הנתונים המופיעים במסמכי המכרז הינם מלוא הנתונים העומדים לרשות המציעים.	טבלאות ציוד- לחלק נכבד מהציוד חסר דגם, יצרן ושנת ייצור. כמו כן יש להפריד בין שנת ייצור ושנת התקנה, יתכן ויש מכשיר ישן שהותקן לאחרונה. בנוסף אין רישום לבלוני הגז, שנת התקנה ומועד תפוגת גז הכיול.	נספח ב' סעיף 4	6.
הטבלה שבסעיף 2 מפרטת באמצעות סימון בעמודה שכותרתה "ביצוע על ידי האיגוד" את הפעולות לביצוע על ידי האיגוד. ככל שיש פעולה שאינה בהירה למציע, נא שלח שאלת הבהרה לגביה.	נדרש לפרט את כלל הפעולות המבוצעות על ידי האיגוד.	נספח ב', 2	7.

הטבלה שבסעיף 2 מפרטת באמצעות סימון בעמודה שכותרתה "ביצוע על ידי ספק התחזוקה" את הפעולות לביצוע על ידי ספק התחזוקה. ככל שיש פעולה שאינה בהירה למציע, נא שלח שאלת הבהרה לגביה.	נדרש לפרט את כל הפעולות הנדרשות על ידי ספק התחזוקה.	נספח ב', 2	8.
המכרז אינו מגביל את המציעים בנוגע לשיטת התמחור שלהם לציוד חדש.	ציוד חדש : א. נדרש לחדד את שיטת התמחור עבור ציוד חדש המתווסף למערך. כלומר, בעיבוי המערך ולא ציוד שמחליף ציוד קיים. ב. כמו כן, עבור ציוד ניטור למהמים חדשים שאינם קיימים כיום במערך כגון BTEX, H2S, NH3, Black Carbon, PM1, PM10. ג. בנוסף, יש להבהיר את התמחור עבור תחזוקת תחנה נוספת, לרבות מערכת כיל וציוד מטאורולוגיה.	נספח ב' סעיף 3.1	9.
האיגוד מבצע את הניטור ההשוואתי וכיולים חיצוניים באמצעות ספק חיצוני ובנפרד ממכרז התחזוקה.	נדרש להבהיר מי מבצע ניטור השוואתי וכיולים חיצוניים.		10.
ראו הוראת סעיף 3.13 לנספח ב'.	ציוד חליפי - נדרש לחדד את הדרישות עבור ציוד חליפי שמיושם בתחנה לתקופה בה מכשיר מורד למעבדה לצורך בדיקות, תיקונים וכיו"ב.	נספח ב' סעיפים	11.

		3.5.4 3.12	
כפי שפורט בטבלה בסעיף 4 לנספח ב', שתי התחנות הן חלק ממערך הניטור של האיגוד, ועל המציע לתמחר בהצעתו את מתן השירות המופיע בנספח באופן מלא, ולא על פי חלוקת העבודה המפורטת עבור 9 התחנות האחרות.	תשלום והסדרה מול תחנות הכוח דליה ודוראד : נדרש להבהיר האם וכיצד האיגוד מתחשב בתמחור של תחנות כפר מנחם ומבקיעים. האם וכיצד זה משפיע על הניקוד?	נספח ב', **4	12.
האמור בסעיף 7.14.7 לכתב ההזמנה מתייחס למנהל המקצועי של המציע. גם בסעיף ב' בעמוד 54 הכונה לאותו מנהל מקצועי. ככל שמנהל חברת המציע (המוזכר בעמוד 54) אינו גם המנהל המקצועי, אזי נדרש המציע לספק את קורות החיים של המנהל המקצועי.	קורות חיים מנכ"ל : עמוד 54 : האם נדרש קו"ח של מנכ"ל? או שמדובר בטעות? בעמוד 8 לא כתוב שצריך גם מנהל כללי. האם לא קיימת סתירה בין סעיף 7.14.7 לסעיף ב' בנספח ד'?	כתב ההזמנה סעיף 7.14.7	13.
מצ"ב קובץ הבהרות אשר הוצג בסיור המציעים		הבהרות מסיוור מציעים	14.